



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 002/230518
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 N° CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO N° 046/GA/SA680A

LABORATORIO DEPURADORAS

DESCRIPCIÓN

Provisión de **servicios de laboratorio especializados** para centros de depuración de moluscos. Servicio destinado ao seguemento da calidade sanitaria de animais e auga de depuración. Realización de **análíticas microbiolóxicas**, de **contido en toxinas** en moluscos procedentes de cultivo e depurados e **análises físico-químicas** e **bacteriolóxicas** da auga. Asesoramento técnico sobre manexo, sistemas de depuración e esterilización da auga, control de enfermidades e redución de mermas con indicación das medidas correctivas máis apropiadas en cada caso.

CARACTERÍSTICAS

Análise bacteriolóxica en moluscos: inclúe os parámetros: (1) Aerobios revivificables, (2) Coliformes fecais, (3) *Escherichia coli*, (4) *Salmonella spp.*, (5) *Vibrio parahaemolyticus* e (6) *Escherichia coli* (ETPC).

Análise de biotoxinas: inclúe os parámetros: (1) Toxina amnésica (ASP), (2) Toxina diarreica (DSP) e (3) Toxina paralizante (PSP).

Análise físico-química da auga: inclúe os parámetros: (1) Temperatura, (2) Osíxeno disolto, (3) Salinidade, (4) pH, (5) Condutividade, (6) Cloro libre, (7) Cloro total, (8) Amonio total, (9) Nitritos, (10) Nitratos, (11) Fosfatos e (12) Cobre.

Análise bacteriolóxica da auga: inclúe os parámetros: (1) Coliformes totais e (2) Coliformes fecais.

PREZO ORIENTATIVO*

A consultar

OBSERVACIÓNS

Laboratorio acreditado pola Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, ref. SA680A 2002/19-0. Certificación ISO 9001:2008 N.º CA-1.061.

Periodicidade das análises: mensual. Ensaos analíticos realizados mediante métodos normalizados (normas ISO, *Standard Methods*, AOAC, AFNOR, etc.).

Para maior información, realización doutras análises específicas e obtención dunha oferta detallada consulte co noso laboratorio en laboratorio@acuinuga.com.